

**INFORME DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS
EN EL EXPEDIENTE TEC0005059**

Tipo Contrato: Suministro **Ámbito:** Cantabria
Procedimiento: ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

1. OBJETO:

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE, REACTIVOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS DE LABORATORIO 2019-2021 (CANTABRIA), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

Obra: LABORECAN-18/21 APOYO EN DETERMINADAS TAREAS ANALITICAS DEL SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL 18-21 (LABORECAN 18-21) / Nº ACTUACION: 4372214

OFERTANTES:

La relación de empresas analizadas en este informe de análisis de cumplimiento de las muestras presentadas es:

1.- IDEXX LABORATORIOS S.L.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 10	SI	SI	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	

2.- TECNOLOGÍA PARA DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN S.A. (TDI S.A.)

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 9	SI	NO	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir valoración a partir de los folletos de especificaciones técnicas existentes en los envases presentados como muestras ya que no se dispone de sobre con documentación técnica de los productos</i>

3.- IBIAN TECHNOLOGIES

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 4	SI	SI	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	

4.- LABCLINICS S.A.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 4	SI	SI	<u>NO CUMPLE PLIEGO</u>	(*)

(*)En relación a los productos ofertados del LOTE 4 ofertada por LABCLINICS S.A., y teniendo en cuenta la documentación técnica y las muestras aportadas por el ofertante, los productos ofertados no presentan absoluta equivalencia con los productos solicitados (según cuadro adjunto), en la medida que se incumplen los siguientes requisitos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PRODUCTO	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO (REF. LAB10ULF, LAB20ULF, LAB200ULF y LAB1000ULF)
LOTE 4 4.1: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 10µl 4.2: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 20µl 4.3: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 200µl 4.4: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 1.000µl	- Deben ser compatibles con pipetas Gilson® Rainin®, Biohit® y Finnpiquette®, para pipetas monocanal y multicanal, ®, debiendo presentar ajuste total de forma que no se desprendan espontáneamente de la boquilla de la pipeta.	- Los productos ofertados no presentan compatibilidad con pipetas Rainin®.

5.- NIRCO S.L.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 4	SI	SI	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	
LOTE 9	SI	SI	<u>NO CUMPLE PLIEGO</u>	(*)

(*)En relación a los productos ofertados del LOTE 9 ofertada por NIRCO S.L., y teniendo en cuenta la documentación técnica y las muestras aportadas por el ofertante, los productos ofertados no presentan absoluta equivalencia con los productos solicitados (según cuadro adjunto), en la medida que se incumplen los siguientes requisitos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PRODUCTO	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO (ID SCREEN® BVD p80 ANTIBODY COMPETITION)
<p align="center">LOTE 9</p> <p>9.1 Ud. Kit para detección de anticuerpos contra el virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVDV) en muestras de suero y/o leche mediante técnica ELISA indirecto en fase solida</p>	-El kit requerido se tratará de un enzimo-inmunoensayo ELISA indirecto en fase sólida que permita la detección de anticuerpos específicos contra el virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVDV).	- El kit es un ELISA de competición contra la proteína p80 del virus BVDV.
	-El kit estará constituido por los siguientes componentes: 1. Placas tapizadas con el antígeno BVDV inactivado y con el control de antígeno.	-El kit contiene placas tapizadas con antígeno p80 de BVDV. No contiene control de antígeno.
<p align="center">LOTE 9</p> <p>9.2 Ud. Kit para detección de anticuerpos contra el virus de la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) en muestras de suero y/o leche mediante técnica ELISA indirecto en fase solida</p>	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO (ID SCREEN® IBR INDIRECT)
	-Se requiere que el kit se pueda utilizar en muestras de: - suero ó plasma fresco, refrigerado ó previamente congelado de animales infectados - leche de animales infectados bien sea muestra de leche individual ó procedente de tanques de leche.	- El kit puede ser utilizado en sueros o plasmas. No se puede utilizar en muestras de leche (individual o procedente de tanques de leche).

6.- SCHARLAB S.L.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 4	SI	SI	<i>NO CUMPLE PLIEGO</i>	(*)

(*)En relación a los productos ofertados del LOTE 4 ofertada por SCHARLAB S.L., y teniendo en cuenta la documentación técnica y las muestras aportadas por el ofertante, los

productos ofertados no presentan absoluta equivalencia con los productos solicitados (según cuadro adjunto), en la medida que se incumplen los siguientes requisitos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PRODUCTO	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO (REF. 00PF0110-2 y REF. 00PF-1200-2 SCHARLAU)
<p>LOTE 4</p> <p>4.1: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 10µl 4.3: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 200µl</p>	- Deben ser compatibles con pipetas Gilson® Rainin®, Biohit® y Finnpiquette®, para pipetas monocal y multicanal, ®, debiendo presentar ajuste total de forma que no se desprendan espontáneamente de la boquilla de la pipeta.	- Los productos ofertados no presentan compatibilidad con pipetas Rainin® y Finnpiquette®.
<p>LOTE 4</p> <p>4.2: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 20µl 4.4: Ud. Punta con filtro de mínima retención de 1000µl</p>	<p>CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT</p> <p>- Deben ser compatibles con pipetas Gilson® Rainin®, Biohit® y Finnpiquette®, para pipetas monocal y multicanal, ®, debiendo presentar ajuste total de forma que no se desprendan espontáneamente de la boquilla de la pipeta.</p>	<p>PRODUCTO OFERTADO (REF. 027327-36R y REF.027327-16 SCHARLAB)</p> <p>- Los productos ofertados no presentan compatibilidad con pipetas Rainin®, Finnpiquette® y Biohit®.</p>

7.- PROQUINORTE S.A.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 3	SI	NO	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir la valoración a partir de las referencias de los envases presentados como muestras ya que no se recibe documentación técnica de los productos</i>
LOTE 4	SI	NO	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir la valoración a partir de las referencias de los envases presentados como muestras ya que no se dispone de documentación técnica de los productos</i>
LOTE 6	SI	NO	<u>NO CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir la valoración a partir de las referencias de los envases presentados como muestras ya que no se dispone de documentación técnica de los productos (*)</i>

(*)En relación a los productos ofertados del LOTE 6 ofertada por PROQUINORTE S.A., y teniendo únicamente en cuenta las muestras aportadas por el ofertante (no se aporta documentación técnica), los productos ofertados no presentan absoluta equivalencia con los productos solicitados (según cuadro adjunto), en la medida que se incumplen los siguientes requisitos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PRODUCTO	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO (TRYPTIC SOY AGAR. REF 01-200BA01 SCHARLAU)
<p>LOTE 6</p> <p>6.1 Ud. Envase de 500 gr de medio de cultivo deshidratado de Agar peptona soja</p>	-Presentación preferente en envase de 500 gramos que permita preparar 12,5 litros de medio.	-El producto ofertado permite preparar 500 ml de medio.
<p>LOTE 6</p> <p>6.2 Ud. Envase de 500 gr de medio de cultivo deshidratado de Agar XLD</p>	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO (XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE MODIFIED AGAR. REF 01-552BA01 SCHARLAU)
	-Presentación preferente en envase de 500 gramos que permita preparar 9,4 litros de medio.	-El producto ofertado permite preparar 500 ml de medio.

8.- VIDRAFOC S.A.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 3	SI	SI	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	

9.- COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO 3 S.L.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 3	SI	NO	<u>NO CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir la valoración a partir de las referencias de los envases presentados como muestras ya que no se dispone de documentación técnica de los productos (*)</i>
LOTE 4	SI	NO	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir la valoración a partir de las referencias de los envases presentados como muestras ya que no se dispone de documentación técnica de los productos</i>
LOTE 6	SI	NO	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	<i>Se obtiene información para emitir la valoración a partir de las referencias de los envases presentados como muestras ya que no se dispone de documentación técnica de los productos</i>

(*)En relación a los productos ofertados del LOTE 3 ofertada por COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO 3 S.L., y teniendo únicamente en cuenta las muestras aportadas por el ofertante (no se aporta documentación técnica), los productos ofertados no presentan

absoluta equivalencia con los productos solicitados (según cuadro adjunto), en la medida que se incumplen los siguientes requisitos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PRODUCTO	CARACTERISTICA DEFINIDA EN PPT	PRODUCTO OFERTADO
<p>LOTE 3</p> <p>3.4 Ud. Micro-jeringa Distritip de 1-12,5 µl</p>	<p>-Contaran con indicador de nivel de volumen, y se precisan que ofrezcan un rango de volumen de alcuotas de 1 a 12,5 µl.</p>	<p>- El producto ofertado no presenta indicador de volumen.</p>

10.- COMERCIAL TECNO QUIMICA ENMA S.L.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 3	SI	SI		(*)
LOTE 6	SI	SI		(*)

(*)En relación a los productos ofertados del LOTE 3 y LOTE 6 ofertada por COMERCIAL TECNO QUIMICA ENMA S.L., no se emite valoración debido a que no se dispone de muestra aportada por el ofertante y requerida según PCAP.

11.- TEKNOVAS S.L.

	REQUERIMIENTO DE MUESTRA SEGÚN PCAP	RECEPCION SOBRE CON DOCUMENTACION	VALORACION	OBSERVACIONES
LOTE 4	SI	SI	<u>CUMPLE PLIEGO</u>	