



ACTA DE MESA

ADMISIÓN/EXCLUSIÓN DE OFERTAS

Fecha: 22 de abril de 2020

TEC0005282

Tipo Contrato: Suministro Ámbito: Cantabria Procedimiento: Abierto

OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE SANTANDER (CANTABRIA) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

OBRA: 4372214 LABORECAN 18/21

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 184.115,00 € IVA no incluido

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 222.779,15 € IVA incluido I.V.A. 38.664,15 €

1. OFERTAS RECIBIDAS:

La relación de empresas ofertantes al proceso de licitación y los lotes a los que cada una de ellas optan es la siguiente:

EMPRESA	LOTE 1 : MEDIOS DE CULTIVO	LOTE 2 : DETECCION BACTERIAS SALMONELLA Y LISTERIA	LOTE 3 : DETECCION AFLATOXINAS	LOTE 4 : TARJETAS IDENTIFICACION BACTERIANA
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	Sí	No	No	Sí
BIOSEER, S.A.	No	Sí	No	No
EUROVET VETERINARIA, S.L.	No	Sí	No	No
INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, S.A.	No	No	Sí	No
R-BIOPHARM ESPAÑA, S.A.U.	No	No	Sí	No
SCHARLAB, S.L.	Sí	No	No	No

2. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS Y SOLVENCIA

Se solicita la Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos (Anexo I) y la Declaración responsable sobre prevención de riesgos laborales (Anexo II).

Tras la apertura y revisión de esta documentación para apreciar posibles defectos u omisiones subsanables, el resultado es el siguiente:

EMPRESA	Documentación completa
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	SÍ
BIOSER, S.A.	SÍ
EUROVET VETERINARIA, S.L.	SÍ
INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, S.A.	SÍ
R-BIOPHARM ESPAÑA, S.A.U.	SÍ
SCHARLAB, S.L.	SÍ

3. CALIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS Y SOLVENCIA (SOBRE "A"):

La acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará mediante la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos (Anejo I) en los siguientes términos:

- Declaración Responsable** respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica, a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y pronunciarse sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. No se solicita clasificación por no estar recogido el suministro de áridos en la Clasificación de Contratistas vigente.
- Solvencia Económica y Financiera:** Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar, para cada lote o acumulado en el caso de optar a más de uno, un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a las siguientes cantidades: LOTE 1 : MEDIOS DE CULTIVO: 29.000,00 €.; LOTE 2 : DETECCIÓN BACTERIAS SALMONELLA Y LISTERIA: 164.000,00 €; LOTE 3 : DETECCIÓN AFLATOXINAS: 66.000,00 €; LOTE 4 : TARJETAS IDENTIFICACIÓN BACTERIANA: 15.000,00 €.
- Solvencia técnica:**
 - Suministros realizados:** Relación de suministros similares relativos del mismo código CPV: 33696500 "Reactivos de laboratorio", para cada lote o acumulado en el caso de optar a más de uno, ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea inferior de los importes siguientes : (indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario): LOTE 1 : MEDIOS DE CULTIVO: 14.000,00 €; LOTE 2 : DETECCIÓN BACTERIAS SALMONELLA Y LISTERIA: 77.000,00 €; LOTE 3 : DETECCIÓN AFLATOXINAS: 31.000,00 €; LOTE 4 : TARJETAS IDENTIFICACIÓN BACTERIANA: 8.000,00 €.
 - Descripciones de los productos a suministrar:** El material ofertados cumplirán unos mínimos de calidad establecidos en el presente pliego, se deberá justificar su absoluta equivalencia respecto a las prestaciones técnicas del producto de referencia, aportando también ficha técnica del material ofertado.

Tras la revisión de los requisitos mínimos enumerados anteriormente, para la admisión de la oferta del licitador de acuerdo con los niveles requeridos en Pliego, resulta la siguiente calificación:

LOTE 1 : MEDIOS DE CULTIVO

EMPRESA	Incumple Requisito nº	Admisión / Exclusión
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	Ninguno	Admitido
SCHARLAB, S.L.	3.2	Excluido ¹

1 Los productos ofertados no cumplen los intervalos de los valores de referencia de pH, peptonas, Agente opaco y Medio cromogénico en la partida 1.1 y peptonas, extracto de levadura, x-glucósido, sustrato LM, Agar y Límite de detección para la partida 1.2

LOTE 2 : DETECCION BACTERIAS SALMONELLA Y LISTERIA

EMPRESA	Incumple Requisito nº	Admisión / Exclusión
BIOSER, S.A.	Ninguno	Admitido
EUROVET VETERINARIA, S.L.	3.2	Excluido

2 Los productos ofertados para las partidas 2.1 y 2.2 no cumplen los valores de referencia para volumen de reacción total, no disponen de sistema bioquímico tipo UDG que ayuda a la optimización de la sensibilidad y especificidad del kit al detectar y eliminar la base nitrogenada Uracilo, no permiten la trazabilidad de adición de tampón en la etapa de lisis mediante la inclusión de un colorante y no cuentan con validación conforme a la ISO 16140.

LOTE 3 : DETECCION AFLATOXINAS

EMPRESA	Incumple Requisito nº	Admisión / Exclusión
INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, S.A.	3.2	Excluido
R-BIOPHARM ESPAÑA, S.A.U.	Ninguno	Admitido

3 El producto ofertado para la partida 3.1 no cumple con los valores requeridos de especificidad para las Aflatoxinas G1 y B2.

LOTE 4 : TARJETAS IDENTIFICACION BACTERIANA

EMPRESA	Incumple Requisito nº	Admisión / Exclusión
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	Ninguno	Admitido

Mesa de Contratación de la Unidad Territorial Noroeste