

INFORME DE ADMISIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN CONTINUA DE COT Y O2 EN LAS OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

(Ref.: TSA00065788)

Nº DE ACTUACIÓN: 0297051

1.- OBJETO.

El presente informe tiene por objeto analizar el contenido de la documentación del SOBRE A de las ofertas recibidas por los que se registró la admisión de ofertas.

2.- OFERTANTES.

Las ofertas recibidas han sido:

LICITADORES	C.I.F
PASCH Y CIA, SAU	A-48017768
TCA, Técnicas de control y Análisis, SA	A-58132887
Envira Sostenible, SA	A-33062407

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Los requisitos mínimos y solvencia exigidos en el pliego son los siguientes:

5.1.- Capacidad de obrar del licitante, habilitación profesional y prohibición para contratar

1. Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II),

5.2.- Solvencia Económica y Financiera

1. Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio o volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 66.000,00€.

Se entenderá por similar los suministros relativos al mismo Código CPV: 38420000

5.3.- Solvencia técnica

1. Relación de suministros similares relativos al mismo Código CPV38420000 ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 100% del valor estimado en el contrato en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.
2. Ficha técnica de los equipos a suministrar en la que se puedan comprobar los requisitos exigibles, especialmente el rango y límite de detección del analizador FID..

5.4.- Calidad y Gestión Medioambiental

1. Marcado CE del analizador FID según UNE EN 61326 Y UNE EN 50270.

	PASCH Y CIA, SAU	TCA, Técnicas de control y Análisis, SA	Envira Sostenible, SA
ANEXO II	SI	SI	SI
Volumen Anual de negocio	SI	SI	SI
Relación de suministros similares relativos al mismo Código CPV	SI	SI	SI
Ficha técnica producto	INCOMPLETA	INCOMPLETA	SI
Marcado CE	SI	SI	SI

A la empresa PASCH le falta la ficha técnica de los equipos de Toma de muestras del aire, Tuberías de conducción del aire y Secador de aire y a la empresa TCA le falta la ficha técnica de los equipos de Toma de muestras del aire y Tuberías de conducción del aire

Se solicitan las subsanaciones correspondientes, contestando ambas empresas en el plazo indicado.

La documentación de las ofertas y las subsanaciones recibidas son enviadas al jefe de obra para que realce el estudio técnico correspondiente

4.- CONCLUSION.

Una vez recibido el informe técnico de las ofertas recibidas se concluye que:

- NO SE ADMITE la oferta presentada por la empresa Envira Sostenible, S.A, ya no cumple con todos los requisitos exigidos para el analizador FID (el límite de detección es 0,03 mg/m³ y se pide <0,01 mg/m³ y el tiempo de respuesta (T90) es 2-3 seg y se pide <0,5 seg).
- SE ADMITEN las ofertas presentadas por las empresas PASCH Y CIA, SAU y TCA, Técnicas de control y Análisis, S.A. ya que cumple con los requisitos técnicos exigidos en el pliego

Se puede proceder a la convocatoria de apertura del SOBRE B.

- Se adjunta informe técnico

En Valencia, a 24 de mayo de 2018

Mesa de Contratación UT2

Presidente

Secretario

Vocal

Gerente de Adm. y Control

Coordinador Contratación

Técnico de Contratación

Jose Luis Marin

Luis Miguel Huerta

Carmen L. Grau